

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงเพอร์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า
โรงพยาบาลนภลัย

1. ความต้องการ

- เตียงเพอร์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า ควบคุมการทำงานด้วยการใช้รีโมทคอนโทรล

2. วัตถุประสงค์

- เป็นเตียงสำหรับใช้กับคนไข้ ควบคุมระบบไฟฟ้า ในการปรับระดับเตียง, หลัง, เช้า ได้ในท่าต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้อง กับสรีระและอริยาบถของคนไข้

3. คุณลักษณะทั่วไป

- 3.1 โครงเตียงทำด้วยเหล็กที่มีความแข็งแรง เคลือบป้องกันสนิมและพ่นสี สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม
- 3.2 ทำงานเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
- 3.3 พนักหัวท้ายเตียงสามารถถอดออกได้ง่าย
- 3.4 สามารถปรับระดับเตียงได้ 4 ระดับ (ระดับสูง-ต่ำของตัวเตียง, ระดับหลังขึ้น-ลง, ระดับข้อเท้า ขึ้น -ลง)
- 3.5 มีระบบล็อกล้อ แบบ Central Lock หรือระบบล้อคล้ออิสระ 4 ล้อ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว หุ้มด้วยพาสติกอย่างดี จากต่างประเทศ
- 3.6 ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90x220x52 เซนติเมตร
- 3.7 มีที่นอนฟองน้ำอัดแข็งหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี 4 ตอน หนาไม่น้อยกว่า 10 ซม.

4. คุณลักษณะเฉพาะ

- 4.1 มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นแบบกระแสตรง (DC) 24V. ปลอดภัย สะดวกใช้กับไฟบ้านทั่วไปในกรณีไฟฟ้าดับ ใช้งานได้โดยมีแบตเตอรี่สำรอง สามารถกั้นน้ำและฝุ่นละอองได้ ตามมาตรฐาน IP 66
- 4.2 ส่วนหัวและท้ายเตียงเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขอบมนโค้ง มีช่องมือจับ ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปมีสีในตัว ไม่ใช่พ่นสี สามารถถอดเข้าออกได้ง่าย เหมาะสำหรับใช้กับผู้ป่วยที่ต้องการทำหัตถการ ช่วยชีวิต (Intubation, resuscitation) ได้สะดวกแลทันที่
- 4.3 ราวข้างเตียงเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูข้างละ 2 อัน ราวกันส่วนศีรษะขนาดไม่น้อยกว่า 28*100 ซม. ราวกันส่วนปลายเท้า ขนาดสูงไม่เกิน 26 ซม. จากตัวเตียง เป็นระบบใช้คัพแก๊ส สามารถปรับขึ้น-ลง ได้และพับเก็บลงข้างเตียงได้ สามารถปรับได้สะดวกด้วยช่องมือจับในตัวพลาสติก เพื่อให้ไม่ให้เกิดขวงเวลาขึ้นหรือลงจากเตียงหรือเปลี่ยนผ้าปู

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

5.เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1 เป็นผลิตภัณฑ์ ประเทศไทย ได้มาตรฐาน ISO13485,ISO 9001:2008
- 5.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือผ่านการสาธิตมาก่อน
- 5.4 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ 2 ชุด
- 5.5 รับประกันคุณภาพ 1 ปี
- 5.6 ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายในแต่ละหัวข้อของคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ที่เสนอให้ชัดเจน ว่าครุภัณฑ์ที่นำมาเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม Spec เพื่อสะดวกในการตรวจ

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริการ/เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลในสถานการณ์ฉุกเฉิน
สำหรับนักท่องเที่ยว และรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Long stay)
กิจกรรม เพื่อพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ตามแนวทาง Service Plan
รายการ เตียงเพาวัลเลอร์ ชนิดไฟฟ้า ๑๗ เตียง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนภากาศ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) มีนาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน๙๓๕,๐๐๐.-.....บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)๕๕,๐๐๐.-.....บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ๑ สำนักงบประมาณ สิงหาคม๒๕๕๙

๔.๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลางคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์

คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่/๒๕๖๐ ลงวันที่.....มีนาคม ๒๕๖๐

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ทุกคน

๕.๑ นางณัฐยา ธุระพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธานกรรมการ

๕.๒ นางสาวพนิดา วงศ์สายประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการกรรมการ

๕.๓ นายพรชัย ตราชู นายช่างเทคนิคชำนาญงานกรรมการ


..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ